

Name des Herstellers **Lunor AG**  
**Lunor Allee 1**  
**75378 Bad Liebenzell**  
**Germany**

Single Registration Number (SRN) **[SRN]**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Produktname **Korrektionsfassungen / Modelle siehe Anhang**

Basic UDI-DI **4054514FRA-MIX-LESS-ADLGK**

Nomenklatur **UMDNS Code (ECRI) 11-667, GMDN Code 32816, Q02100203**

Risikoklasse **Klasse I – nicht steril, keine Messfunktion**

Konformitätsbewertungsverfahren **gemäß Artikel 52 (7) für Medizinprodukte**

den Bestimmungen der nachfolgenden Rechtsvorschriften entspricht:

Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)


Entspricht der Europäischen Norm EN ISO 12870

Wir unterhalten ein systematisches Verfahren zur Überwachung des Produktes nach dem Inverkehrbringen.

Bad Liebenzell, 18.05.2021

Ort und Datum der Ausstellung

  
**Michael Fux**  
Geschäftsleitung

  
**Maria Pietsch**  
MDR Verantwortliche Person



**Anhang**

**Linie**

Classic

**Modell**

Rund, Kronenpanto, Octagon, Oval M,  
Panatomic, Panto M, Anatom. M

**Farben**

AG,AS,GP,PP